



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Doc. 19

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 6366678		Executor 611	Número do Inmetro 11091501
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOTOSENSORES	Modelo SMT CD	Número de Série FSMTCD0989
Dados Complementares Registro de medição: Itajaí 299/2017 Local da Instalação: Av. Frei Godofredo, 1650 GASPAR - SC Faixas/Sentido: Gaspar-Brusque, Pista 02 - Identif: FS989GAS Marcas de selagem: G4580982-0		Portaria de aprovação do modelo: 252/2009	Código Serviço 0236 Valor R\$ 542,72
Nome/Razão Social FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103203000260763	
Endereço AV. ROGACIANO LEITE, 1040		CNPJ ou CPF 73.688.517/0001-99	
Bairro Salinas	CEP 60810-786	Data Verificado em 31/03/2017 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 30/03/2018	
Município Fortaleza	U.F. Telefone CE	Agente Metrológico  23 - ANTONIO ALFREDO MARQUETTI	

Estado de Santa Catarina
3º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3328-2100 -
www.3tabbnu.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (ERO81176-XSE1) = R\$ 1,86 | Total = R\$ 5,16 | Recibo N° 966491
Selo Digital de Fiscalização ERO81176-XSE1
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Blumenau - 24 de maio de 2017

FABIANE MARISSA DUARTE - Escrivente Notarial



3º Tabelionato de Notas e Protestos
EM BRANCO



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 299/2017		
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico
Verificação periódica		Instituto de Metrologia de Santa Catarina
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: Av. Frei Godofredo, 1650 GASPAR - SC		
Identificação do modelo		
Nº portaria de aprovação: 252/2009		
Nº aditivos da portaria de aprovação:		
Marca: FOTOSENSORES	Modelo: SMT CD	Nº Série: FSMTCD0989
Metrologista executor		Data
ANTONIO ALFREDO MARQUETTI		31/03/2017
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável		
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		

Ensaio de Campo

Sentido: Gaspar-Brusque, Pista 02

Identif.: FS989GAS

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	70,4	72,0	72,0	- 1,6	5,0	0,0	0
2	61,3	60,0	60,0	1,3	5,0	0,0	0
3	67,1	67,0	67,0	0,1	5,0	0,0	0
4	69,0	70,0	70,0	- 1,0	5,0	0,0	0
5	70,5	72,0	72,0	- 1,5	5,0	0,0	0

Aprovado Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 11091501
Selos/lacres utilizados: G4580982-0