

Estado de Santa Catarina  
 3ª Tab. de Notas e Protesto de Títulos  
 LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião  
 Rua 16 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - 47 - 33262100  
 www.tabelionatobuch.com.br



Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 2,60 | 1 Selo de Fiscalização Pago (DIM98544-XT41) = R\$ 1,46 | Total = R\$ 4,06 | Recibo Nº: 533669

Selo Digital de Fiscalização DIM98544-XT41  
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
 Dou fé, Blumenau - 08 de Janeiro de 2014

FABIANE MARISA DUARTE - Escrivente Notarial

G.O.S.A.

FS 900 GAS

	<b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR</b>			Doc. 19
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			
<b>CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:</b>		6357201	Executor 611	Número do Inmetro 10574779
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOTOSENSORES	Modelo FSMTCD	Número de Série FSMTCD-0900	
Dados Complementares Relatório de ensaio: Itajai 964/2013 Data de Emissão: 28/11/2013 Nº do Selo: D3985449-3 Local de Verificação: Av. das Comunidades, 434 Sentido: Gaspar-Brusque, Pista 01 Município: GASPAS - SC		Validade até: 03/11/2014 Velocidade nominal: 50 km/h	Código Serviço 1236	Valor R\$ 390,00
		Número do Documento de Arrecadação 610882009900052997		
Nome/Razão Social FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		CNPJ ou CPF 73.688.517/0001-99		
Endereço AV. ROGACIANO LEITE, 1040		Data Verificado em 04/11/2013 conforme Portaria 115/98 sendo APROVADO		
Bairro Salinas	CEP 60810-786	Agente Metrológico 		
Município Fortaleza	U.F. CE	Telefone	23 - ANTONIO A. MARQUETTI	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC  
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

**RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS**

Verificação Inicial

Verificação Eventual por Reparo

Executor

611

Verificação Periódica

Inspeção Metroológica

Folha: 1/2

ITAJAI N.º: 964/2013

Fabricante (ou interessado): Fotosensores Tecnologia Eletronica Ltda  
Endereço: AV. Rogaciano Leite, 1040 -  
Município: Fortaleza - CE  
CEP: 60810786  
Fone:  
CNPJ n.º: 73.688.517/0001-99

**Instrumento:** Medidor de Velocidade de Veículos Automotivos - Fixo

**Marca:** FOTSENSORES  
**Modelo:** FSMTCD  
**Série:** FSMTCD-0900  
**Identificação:** FS900GAS  
**CRC:**  
**Nº Portaria de Aprovação de Modelo:** 252/2009  
**Nº do Selo:** D3985449-3  
**Nº do Inmetro:** 10574779  
**Local de Verificação:** Av. das Comunidades, 434  
**Sentido:** Gaspar-Brusque, Pista 01  
**Município:** GASPAR - SC  
**Erro Máximo Admissível:**  $\pm 3\text{km/h}$  para velocidade até 100km/h e  $\pm 3\%$  para velocidade acima de 100km/h  
**Velocidade Nominal:** 50 km/h

**Patrimônio:**  
**Processador:**

**Padrão de Referência:** Medidor Padrão de Velocidade e Distância - Cronotacômetro  
Fabricante: Fumaça Instrumentos de Precisão Ltda.  
Nº. do Patrimônio: 132283  
Nº. de Série: 083702  
Nº. Laudo de Calibração: 22

Itajai, 04/11/2013

Data de Emissão: 28/11/2013

Técnico Executor:

  
ANTONIO ALFREDO MARQUETTI  
TÉCNICO METROLÓGICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.



Imetro - SC  
ITAJAI - REGIONAL DE ITAJAI  
Endereço: R. Rosa Orsi Dalcoquio, 800 - Bairro CORDEIROS - Cep.88311-720 - Itajai, SC  
Telefone: (0XX47) 3346-1418  
E-mail: itajai@inmetro-sc.gov.br

PR4040



RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Verificação Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação Eventual por Reparo	<input type="checkbox"/>	Executor 611
Verificação Periódica	<input type="checkbox"/>	Inspeção Metrológica	<input type="checkbox"/>	

Folha: 2/2

ITAJAI N.º: 964/2013

Ensaios:

Número de Medições	Indicação do Padrão (P) (km/h)	Indicação do Instrumento (I) (km/h)	Erro (E=I-P) (km/h)
1	38,3	36,0	- 2.3
2	38,7	36,0	- 2.7
3	37,0	36,0	- 1.0
4	38,6	37,0	- 1.6
5	40,8	39,0	- 1.8
6	44,4	43,0	- 1.4
7	45,2	43,0	- 2.2
8	46,3	44,0	- 2.3
9	46,8	46,0	- 0.8
10	46,1	44,0	- 2.1
11	52,2	51,0	- 1.2
12	52,9	52,0	- 0.9
13	57,8	57,0	- 0.8
14	59,4	58,0	- 1.4
15	54,3	53,0	- 1.3
16	67,6	67,0	- 0.6
17	67,7	65,0	- 2.7
18	69,0	68,0	- 1.0
19	63,5	64,0	0.5
20	62,2	61,0	- 1.2

Resultado: **APROVADO**

VÁLIDO ATÉ: **03/11/2014**

Itajai, 04/11/2013

Data de Emissão: 28/11/2013

Técnico Executor:

  
ANTONIO ALFREDO MARQUETTI  
TÉCNICO METROLÓGICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.

