

3º Tabelionato de Notas e Protesto  
**EM BRANCO**



**Estado de Santa Catarina**  
 3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
 LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião  
 Rua 16 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - 47 - 33262100 -  
 www.tabelionatobuch.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 2,60 | 1 Selo de Fiscalização Pago (DPT83148-D412) = R\$ 1,46 | Total = R\$ 4,06 | Recibo Nº: 636085

Selo Digital de Fiscalização DPT83148-D412  
 Confira os dados do selo em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
 Dou fé, Blumenau - 19 de setembro de 2014

EMANUELE MONARI DE OLIVEIRA - Escrivão Notarial

FS900GAS

	<b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR</b>			Doc. 19
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			
<b>CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:</b>		6360085	Executor 611	Número do Inmetro 10574781
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOTOSENSORES	Modelo FSMTCD	Número de Série FSMTCD-6906	
Dados Complementares Relatório de ensaio: Itajai 862/2014 Data de Emissão: 25/08/2014 Nº do Selo: D3992394-3 Local de Verificação: Av. Frei Godofredo nº 1080 Sentido: Gaspar- Brusque, Pista 01 Município: GASPAS - SC		Validade até: 04/08/2015 Velocidade nominal: 50 km/h	Código Serviço 0236	Valor R\$ 390,00
		Número do Documento de Arrecadação 610882009900065398		
		CNPJ ou CPF 73.688.517/0001-99		
Nome/Razão Social FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA		Data Verificado em 05/08/2014 conforme Portaria 105/98 sendo APROVADO		
Endereço AV. ROGACIANO LEITE, 1040		CEP 60810-786	Agente Metrologico 	
Bairro Salinas		U.F. CE	25 - ANTONIO A. MARQUETI	
Município Fortaleza		Telefone		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC  
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Verificação Inicial

Verificação Eventual por Reparo

Executor

Verificação Periódica

Inspeção Metrológica

611

Folha: 1/2

ITAJAI N.º: 862/2014

Fabricante (ou interessado): Fotosensores Tecnologia Eletronica Ltda

Endereço: AV. Rogaciano Leite, 1040 -

Município: Fortaleza - CE

CEP: 60810786

Fone:

CNPJ n.º: 73.688.517/0001-99

Instrumento: Medidor de Velocidade de Veículos Automotivos - Fixo

Marca: FOTOSENSORES

Modelo: FSMTCD

Série: FSMTCD-0906

Identificação: FS906GAS

CRC:

Nº Portaria de Aprovação de Modelo: 252/2009

Nº do Selo: D3992394-3

Nº do Inmetro: 10574781

Local de Verificação: Av. Frei Godofredo n° 1080

Sentido: Gaspar- Brusque, Pista 01

Município: GASPARGAR - SC

Erro Máximo Admissível:  $\pm 5$  km/h para velocidade até 100 km/h e  $\pm 5\%$  para velocidade acima de 100 km/h

Velocidade Nominal: 50 km/h

Padrão de Referência: Medidor Padrão de Velocidade e Distância - Cronotacômetro

Fabricante: Fumaça Instrumentos de Precisão Ltda.

Nº. do Patrimônio: 132178

Nº. de Série: 83549

Nº. Laudo de Calibração: 0072/2013

Itajaí, 05/08/2014

Data de Emissão: 25/08/2014

Técnico Executor:

ANTONIO ALFREDO MARQUETTI  
TÉCNICO METROLÓGICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.



Imetro - SC  
ITAJAI - REGIONAL DE ITAJAI  
Endereço: R. Rosa Orsi Dalcoquo, 800 - Bairro CORDEIROS - Cep.88311-720 - Itajaí, SC  
Telefone: (0XX47) 3346-1418  
E-mail: itajai@imetro.sc.gov.br

PR-4040



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC  
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

**RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS**

Verificação Inicial	<input type="checkbox"/>	Verificação Eventual por Reparo	<input type="checkbox"/>	Executor 611
Verificação Periódica	<input checked="" type="checkbox"/>	Inspeção Metrológica	<input type="checkbox"/>	

Folha: 2/2

ITAJAI N.º: 862/2014

Ensaios:

Número de Medições	Indicação do Padrão (P) (km/h)	Indicação do Instrumento (I) (km/h)	Erro (E=I-P) (km/h)
1	51,6	50,0	- 1.6
2	52,4	51,0	- 1.4
3	55,7	55,0	- 0.7
4	53,5	51,0	- 2.5
5	55,2	56,0	0.8

Resultado: **APROVADO**

VÁLIDO ATÉ: **04/08/2015**

Itajaí, 05/08/2014

Data de Emissão: 25/08/2014

Técnico Executor:

ANTONIO ALFREDO MARQUETTI  
TÉCNICO METROLÓGICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.



Imetro - SC  
ITAJAI - REGIONAL DE ITAJAI  
Endereço: R. Rosa Orsi Dalcoquio, 800 - Bairro CORDEIROS - Cep.88311-720 - Itajaí, SC  
Telefone: (0XX47) 3346-1418  
E-mail: itajai@imetro.sc.gov.br

PR4040