



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.436.906/0001-70

**Parecer Técnico - Análise da Amostra do Registro de Preços para Aquisições de
Teste Rápido para Detecção da COVID-19, como medida de enfrentamento de
emergência decorrente do COVID-19.
Pregão Presencial nº 62/2020**

Tendo em vista a apresentação da amostra da empresa licitante, informo que o seguinte produto cotado pelo mesmo, foram CLASSIFICADOS ou DESCLASSIFICADOS, por atenderem ou não atenderem as exigências do Edital, conforme relação abaixo:

Item	Empresa Licitante	Marca apresentada	Descrição do Edital	Desclassificada / Motivo Classificada
01	<u>ROMEIRO E</u> <u>ROMEIRO</u> <u>COMERCIO</u> <u>E SERVICOS</u> <u>EIRELI</u>		Unidade(s) Testes rápidos de COVID-19 com detecção de anticorpos IgG e IgM. Ensaio Imunocromatográfico para detecção Rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (sars-cov-2), em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. IgG - sensibilidade do teste deve ser superior 86,42% e especificidade superior a 97,99% e IgM - sensibilidade do teste deve ser superior 84,90% e especificidade superior a 95,90%. Teste rápido para detecção do covid19, das frações de IgG e IgM. Avaliando Amostras de soro, plasma e sangue total. Detecção com resultados de 10 a 15 minutos. O teste rápido deverá possuir registro na Anvisa. Contendo: 1 x dispositivo/cassete de teste 1 x bolsa de dessecante 1 x conta-gotas descartáveis(para todos os tipos de amostras) 1 x tampão diluente(1*6 ml) 1 x instrução de uso.	Desclassificada/ Amostra com prazo de validade de apenas 6 meses (até dez/2020), conforme Edital pede que seja de 18 meses.
02	<u>DNALYS</u> <u>INOVAÇÃO</u> <u>ANÁLISES E</u> <u>GESTÃO</u> <u>EIRELI</u>		Unidade(s) RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) Prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas e fornecimento de KIT para teste Molecular RT-PCR SarsCov-2 - (Polymerase Chain Reaction). Exame para detecção qualitativa do Coronavírus COVID-19, composto por 2swabs de RYON/FLOCK e 1 tudo de coleta com meio de transporte (PBS enriquecido com soro fisiológico e albumina bovina BSA). Metodologia: Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia pela Polimerase em Tempo Real (RTPCR) para detecção Coronavírus causador da COVID-19. Incluindo a entrega dos laudos em até 72 horas. As amostras têm que ser dosadas em uma única reação, de forma individual. O laboratório deve estar apto pelo LACEN para a execução e emissão do laudo do exame.	Classificada/ Amostra atende ao descritivo.

Gaspar, 24 de julho 2020.

Marcos Paulo Rodrigues

Mat. 12.205
Secretaria Municipal de Saúde
Marcos Paulo Rodrigues
Mat. 12.205

Jiceli Petro

Coren 117951
Secretaria Municipal de Saúde
Dir. Geral de Vigilância em Saúde
Matricula 14181