



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Doc. 19

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:

6369090

Executor

611

Número do Inmetro

10132387

Instrumento

MEDIDOR DE VELOCIDADE

Marca

LASER TECHNOLOGY

Modelo

LTI 20/20 TRUCAM

Número de Série

TC001342

Dados Complementares

Registro de medição: Itajaí 935/2018

Local da Verificação: Rua: Itajaí, 1400

GASPAR - SC

Norte-Sul - Identif. TC001342

Portaria de aprovação do modelo: 348/2009

Código Serviço

2235

Valor

R\$ 1.001,95

Número do Documento de Arrecadação

294103203000414183

Marcas de selagem: G0462874-9

CNPJ ou CPF

04.463.885/0001-16

Nome/Razão Social

LT COMERCIAL LTDA

Data

Verificado em 03/12/2018 conforme
portaria 544/2014 sendo APROVADO

Validade da verificação: 02/12/2019

Endereço

R. PRISCILA PEDROSO DE MELO FERREIRA, 498 - (DISTRITO INDUSTRIAL)

Bairro

COLONIA

CEP

18190-000

Agente Metrológico

Município

Araçoiaba da Serra

U.F.

SP

Telefone

23 - ANTONIO ALFREDO
MARQUETTI



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 935/2018

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação Após Reparo	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Rua: Itajai, 1400
GASPAR - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 348/2009

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: LASER TECHNOLOGY

Modelo: LTI 20/20 TRUCAM

Nº Série: TC001342

Metrologista executor

ANTONIO ALFREDO MARQUETTI

Data

03/12/2018

Modelo conforme caderno de componentes () Sim () Não (X) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não

Ensaio de Campo

Sentido: Norte- Sul

Identif.: TC001342

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	90,7	89,0	89,0	1,7	5,0	0,0	0
2	90,3	90,0	90,0	0,3	5,0	0,0	0
3	90,3	90,0	90,0	0,3	5,0	0,0	0
4	91,0	90,0	90,0	1,0	5,0	0,0	0
5	93,3	94,0	94,0	- 0,7	5,0	0,0	0

(X) Aprovado

() Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 10132387
Selos/lacres utilizados: G0462874-9


23 - ANTONIO ALFREDO MARQUETTI