





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15935679

EXECUTOR: IMETRO-SC - Instituto de Metrologia de Santa Catarina - IMETRO/SC

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOTOSENSORES	Modelo SMTD
Dados Complementares Registro de medição: Itajai 555/2022 Local da Instalação: Rua: Itajai, próx. 222 GASPAR - SC Faixas/Sentido: Faixa 1-Sul/Norte - Identif: FS705GAS Marcas de Selagem: G9932219-1		Número de Série: 705 Número do Inmetro: 14743603 Código Serviço: 0236 Valor RS: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103203000660230
Proprietário Nome/Razão Social: TELMESH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 09.213.589/0001-80 Endereço: FRANCISCO VAHLDIECK, 1291 - 2º ANDAR Bairro: Fortaleza Município: Blumenau Cep: 89057-000 UF: SC		Agente Metrológico  _____ DIOGO BRUCH
Observações Portaria de aprovação do modelo: 66/2007 Verificado em 08/12/2022 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 07/12/2023		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 03H98D31 ou pela leitura do QR-CODE		



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 555/2022

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Rua: Itajaí, próx. 222
GASPAR - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 66/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: FOTOSENSORES Modelo: SMTD Nº Série: 705

Metrologista executor	Data
DIOGO BRUCH	08/12/2022

Modelo conforme caderno de componentes () Sim () Não (X) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 1

Sentido: Sul/Norte

Identif.: FS705GAS

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	62,5	63,0	63,0	- 0,5	5,0	0,0	0
2	62,6	64,0	64,0	- 1,4	5,0	0,0	0
3	63,3	65,0	65,0	- 1,7	5,0	0,0	0
4	59,7	60,0	60,0	- 0,3	5,0	0,0	0
5	59,7	60,0	60,0	- 0,3	5,0	0,0	0

(X) Aprovado () Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 14743603
Selos/lacres utilizados: G9932219-1

Diogo Bruch
9564438 - DIOGO BRUCH