



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Doc. 19

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:

6369474

Executor
611

Número do Inmetro
13239620

Instrumento
MEDIDOR DE VELOCIDADE

Marca
FOTOSENSORES

Modelo
SMTD

Número de Série
705

Dados Complementares

Portaria de aprovação do modelo: 66/2007

Registro de medição: Itajai 254/2019

Local da Instalação: Rua: Itajai, próx. 210

GASPAR - SC

Faixas/Sentido: Faixa 01-Sul/Norte - Identif. FS705GAS

Código Serviço
0236

Valor
R\$ 542,72

Número do Documento de Arrecadação
294103203000467511

CNPJ ou CPF 73.688.517/0001-99

Marcas de selagem: G6154174-6

Nome/Razão Social

FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

Data

Verificado em 17/06/2019 conforme
portaria 544/2014 sendo APROVADO

Validade da verificação: 16/06/2020

Endereço ESTR. DOUTOR ALTINO BONDENSAN, 500 - SALA 105

Bairro Eugênio de Mello

CEP 12247-016

Agente Metrológico

Município São José dos Campos

U.F. SP
Telefone (12) 3905-0877

23 - ANTONIO ALFREDO
MARQUETTI



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 254/2019

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Rua: Itajaí, próx. 210
GASPAR - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 66/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: FOTOSENSORES Modelo: SMTD Nº Série: 705

Metrologista executor	Data
ANTONIO ALFREDO MARQUETTI	17/06/2019

Modelo conforme caderno de componentes () Sim () Não (X) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 01

Sentido: Sul/Norte

Identif.: FS705GAS

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	67,8	71,0	71,0	- 3,2	5,0	0,0	0
2	64,0	64,0	64,0	0,0	5,0	0,0	0
3	66,2	68,0	68,0	- 1,8	5,0	0,0	0
4	69,9	73,0	73,0	- 3,1	5,0	0,0	0
5	67,4	64,0	64,0	3,4	5,0	0,0	0

(X) Aprovado

() Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 13239620
Selos/lacres utilizados: G6154174-6


23 - ANTONIO ALFREDO MARQUETTI