



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC**  
**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**

Doc. 19

<b>CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:</b>		6367970	Executor	610	Número do Inmetro	13239623	
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	FOTOSENSORES	Modelo	SMTD	Número de Série	701
Dados Complementares			Portaria de aprovação do modelo: 66/2007		Código Serviço	Valor	
Registro de medição: Itajai 17/2018					1236	R\$ 1.085,44	
Local da Instalação: Av. Frei Godofredo, próx. 721 GASPAR - SC					Número do Documento de Arrecadação		
Faixas/Sentido: (1) Faixa 01-Leste/Oeste - Identif: FS701GAS (2) Faixa 02-Oeste/Leste - Identif: FS701GAS					294103203000333639		
Marcas de selagem: G6155068-4					CNPJ ou CPF		73.688.517/0001-99
Nome/Razão Social			FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		Data		Verificado em 30/01/2018 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO
Endereço			AV. ROGACIANO LEITE, 1040		Validade da verificação: 29/01/2019		
Bairro	Salinas	CEP	60810-786		Agente Metroológico		
Município	Fortaleza	U.F.	CE		3831019 - HAZAEL TERCIO DA COSTA BATISTA		

**Estado de Santa Catarina**  
 3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
 LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião  
 Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100  
 www.3tabbnu.com.br



Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,40 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EYK31545-OF0R) = R\$ 1,90 | Total = R\$ 5,30 | Recibo Nº: 1040462

**Selo Digital de Fiscalização EYK31545-OF0R**

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Blumenau - 16 de fevereiro de 2018

JOICE JOSÉLI MALCZEWSKI BRANCO - Escrevente Notarial





### REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 17/2018

<b>Tipo de serviço metrológico</b>	<b>Orgão metrológico</b>
Verificação inicial	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

#### Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Frei Godofredo, próx. 721  
GASPAR - SC

#### Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 66/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: FOTOSENSORES

Modelo: SMTD

Nº Série: 701

#### Metrologista executor

HAZAEI TERCIO DA COSTA BATISTA

#### Data

30/01/2018

Modelo conforme caderno de componentes  Sim  Não  Não aplicável  
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos  Sim  Não

### Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 01

Sentido: Leste/Oeste

Identif.: FS701GAS

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	73,9	69,0	69,0	4,9	5,0	0,0	0
2	71,2	67,0	67,0	4,2	5,0	0,0	0
3	72,4	73,0	73,0	- 0,6	5,0	0,0	0
4	72,3	68,0	68,0	4,3	5,0	0,0	0
5	75,2	72,0	72,0	3,2	5,0	0,0	0
6	75,3	73,0	73,0	2,3	5,0	0,0	0
7	71,9	71,0	71,0	0,9	5,0	0,0	0
8	72,7	71,0	71,0	1,7	5,0	0,0	0
9	75,5	74,0	74,0	1,5	5,0	0,0	0
10	75,1	76,0	76,0	- 0,9	5,0	0,0	0

Faixa: Faixa 02

Sentido: Oeste/Leste

Identif.: FS701GAS

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	75,4	72,0	72,0	3,4	5,0	0,0	0
2	71,9	71,0	71,0	0,9	5,0	0,0	0
3	72,7	71,0	71,0	1,7	5,0	0,0	0
4	75,5	74,0	74,0	1,5	5,0	0,0	0
5	75,1	76,0	76,0	- 0,9	5,0	0,0	0
6	73,9	69,0	69,0	4,9	5,0	0,0	0
7	71,2	67,0	67,0	4,2	5,0	0,0	0
8	72,4	73,0	73,0	- 0,6	5,0	0,0	0
9	72,3	68,0	68,0	4,3	5,0	0,0	0
10	75,2	72,0	72,0	3,2	5,0	0,0	0

Aprovado  Reprovado

#### Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 13239623  
Selos/lacres utilizados: G6155068-4



**REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE**

Nº do registro de medição: **17/2018**

Tipo de serviço metrológico

Verificação inicial

Orgão metrológico

Instituto de Metrologia de Santa Catarina

3831019 - HAZAEL TERCIO DA COSTA BATISTA