



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC**  
**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**

Doc. 19

<b>CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:</b>		6366678	Executor 611	Número do Inmetro 11091501
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOTOSENSORES		Modelo SMT CD	Número de Série FSMTCD0989
Dados Complementares Registro de medição: Itajaí 299/2017 Local da Instalação: Av. Frei Godofredo, 1650 GASPAR - SC Faixas/Sentido: Gaspar-Brusque, Pista 02 - Identif: FS989GAS Marcas de selagem: G4580982-0		Portaria de aprovação do modelo: 252/2009		Código Serviço 0236
				Valor R\$ 542,72
				Número do Documento de Arrecadação 294103203000260763
				CNPJ ou CPF 73.688.517/0001-99
Nome/Razão Social FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA				Data Verificado em 31/03/2017 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 30/03/2018
Endereço AV. ROGACIANO LEITE, 1040				Agente Metrológico  23 - ANTONIO ALFREDO MARQUETTI
Bairro Salinas	CEP 60810-786			
Município Fortaleza	U.F. CE	Telefone		

**Estado de Santa Catarina**  
**3º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos**  
**LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião**  
 Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3328-2100 -  
[www.3tabbnu.com.br](http://www.3tabbnu.com.br)

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (ERO81176-XSE1) = R\$ 1,86 | Total = R\$ 5,16 | Recibo N° 966491  
**Selo Digital de Fiscalização ERO81176-XSE1**  
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
 Dou fé, Blumenau - 24 de maio de 2017

\_\_\_\_\_  
 FABIANE MARISSA DUARTE - Escrivente Notarial



*3º Tabelionato de Notas e Protestos*  
**EM BRANCO**



**REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE**

<b>Nº do registro de medição:</b> 299/2017		
<b>Tipo de serviço metrológico</b> Verificação periódica	<b>Orgão metrológico</b> Instituto de Metrologia de Santa Catarina	
<b>Local de execução do serviço metrológico</b> Endereço: Av. Frei Godofredo, 1650 GASPAR - SC		
<b>Identificação do modelo</b> Nº portaria de aprovação: 252/2009 Nº aditivos da portaria de aprovação: Marca: FOTOSENSORES      Modelo: SMT CD      Nº Série: FSMTCD0989		
<b>Metrologista executor</b> ANTONIO ALFREDO MARQUETTI		<b>Data</b> 31/03/2017
<b>Modelo conforme caderno de componentes</b> (X) Sim      ( ) Não      ( ) Não aplicável		
<b>Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos</b> (X) Sim      ( ) Não		

**Ensaio de Campo**

Sentido: Gaspar-Brusque, Pista 02

Identif.: FS989GAS

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	70,4	72,0	72,0	- 1,6	5,0	0,0	0
2	61,3	60,0	60,0	1,3	5,0	0,0	0
3	67,1	67,0	67,0	0,1	5,0	0,0	0
4	69,0	70,0	70,0	- 1,0	5,0	0,0	0
5	70,5	72,0	72,0	- 1,5	5,0	0,0	0

( X ) Aprovado      ( ) Reprovado

**Observações :**

Nº de Inmetro do instrumento: 11091501  
Selos/lacres utilizados: G4580982-0