

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR**

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Doc. 19

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		Executor	Número do Inmetro
6364355		610	10574786
Instrumento	Marca	Modelo	Número de Série
MEDIDOR DE VELOCIDADE	FOTOSENSORES	SMT CD	FSMTCD-0905
Dados Complementares		Código Serviço	Valor
Relatório de ensaio: São José 39/2016		0236	R\$ 540,40
Data Emissão: 04/02/2016		Número do Documento de Arrecadação	
Nº do Selo: G1007507-3		61088200990009181X	
Local de Verificação: Av. Frei Godofredo nº 2699		CNPJ ou CPF	
Sentido: Brusque-Gaspar		73.688.517/0001-99	
Município: GASPAR - SC		Data	
Nome/Razão Social		Verificado em 29/01/2016 conforme Portaria 544/2014 sendo APROVADO	
FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		Agente Metrológico	
Endereço	Bairro	CEP	
AV. ROGACIANO LEITE, 1040	Salinas	60810-786	
Município	Fortaleza	U.F.	Telefone
	FS905GAS	CE	
		3831019 - HAZAEL T. C. BATISTA	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Verificação Inicial

Verificação Eventual por Reparo

Executor

Verificação Periódica

Inspeção Metroológica

610

Folha: 1/2

SÃO JOSÉ N.º: 39/2016

Fabricante (ou interessado): Fotosensores Tecnologia Eletronica Ltda
Endereço: AV. Rogaciano Leite, 1040 -
Município: Fortaleza - CE
CEP: 60810786
Fone:
CNPJ n.º: 73.688.517/0001-99

Instrumento: Medidor de Velocidade de Veículos Automotivos - Fixo

Marca: FOTSENSORES
Modelo: SMT CD
Série: SMTCD-0905
Identificação: FS905GAS
CRC: Patrimônio:
Nº Portaria de Aprovação de Modelo: 252/2009 Processador:
Nº do Selo: G1007507-3
Nº do Inmetro: 10574786

Local de Verificação: Av. Frei Godofredo nº 2699
Sentido: Brusque-Gaspar
Município: GASPAR - SC
Erro Máximo Admissível: ± 5 km/h para velocidade até 100 km/h e $\pm 5\%$ para velocidade acima de 100 km/h
Velocidade Nominal de Ensaio: 50 km/h

Padrão de Referência: Medidor Padrão de Velocidade e Distância - Cronotacômetro
Fabricante: Fumaça Instrumentos de Precisão Ltda.
Nº. do Patrimônio: 132178 Nº. de Série: 83549
Nº. Laudo de Calibração: 0186/2015

São José, 29/01/2016

Data de Emissão: 04/04/2016

Técnico Executor:

HAZAEL TERCIO DA COSTA BATISTA
DIRTOR TÉCNICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.



Imetro - SC
SÃO JOSÉ - Instituto de Metrologia de Santa Catarina - IMETRO/SC
Endereço: R. Do Iano, 1791 - Bairro Nossa Senhora do Rosário - Cep.88110-603 - São José, SC
Telefone: (0XX48) 3381-5200
E-mail: imetro-sc@imetro.sc.gov.br

PR1040



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Verificação Inicial	<input type="checkbox"/>	Verificação Eventual por Reparo	<input type="checkbox"/>	Executor 610
Verificação Periódica	<input checked="" type="checkbox"/>	Inspeção Metrológica	<input type="checkbox"/>	

Folha: 2/2 SÃO JOSÉ N.º: 39/2016

Ensaios:

Número de Medições	Indicação do Padrão (P) (km/h)	Indicação do Instrumento (I) (km/h)	Erro (E=I-P) (km/h)
1	49,6	49,0	- 0,6
2	52,1	51,0	- 1,1
3	51,5	52,0	0,5
4	51,6	51,0	- 0,6
5	49,5	49,0	- 0,5

Resultado: **APROVADO**

VÁLIDO ATÉ: **28/01/2017**

São José, 29/01/2016

Data de Emissão: 04/04/2016

Técnico Executor:

HAZAEL TERCIO DA COSTA BATISTA
DIRTOR TÉCNICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.



Imetro - SC
SÃO JOSÉ - Instituto de Metrologia de Santa Catarina - IMETRO/SC
Endereço: R. Do Iano, 1791 - Bairro Nossa Senhora do Rosário - Cep.88110-603 - São José, SC
Telefone: (0XX48) 3381-5200
E-mail: imetro-sc@imetro.sc.gov.br

PRAC40