

3º Tabelionato de Notas e Protesto
EM BRANCO

Estado de Santa Catarina
 3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
 LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelante
 Rua 16 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3328-2100 -
 www.3tabnru.com.br



Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (ELM31360-IE40) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 898621

Selo Digital de Fiscalização ELM31360-IE40

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Doc. Nº: Blumenau - 18 de outubro de 2016

DANIELA OETSCHLER DE FRANÇA - Escrevente Notarial

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		6365724	Executor 611
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOTOSENSORES	Número do Inmetro 10574782
Dados Complementares		Validade até: 29/09/2017	Número de Série FSMTCD-0907
Relatório de ensaio: Itajai 1150/2016		Velocidade nominal: 50 km/h	Código Serviço 0236
Data de Emissão: 04/10/2016			Valor R\$ 540,40
Nº do Selo: G4580902-1			Número do Documento de Arrecadação 610882009900105195
Local de Verificação: Av. Frei Godofredo nº 1081			CNPJ ou CPF 73.688.517/0001-99
Sentido: Brusque-Gaspar, Pista 01			Data Verificado em 30/09/2016 conforme Portaria 544/2014 sendo APROVADO
Município: GASPAR - SC			Agente Metrológico 
Nome/Razão Social	FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		23 - ANTONIO A MARQUETTI
Endereço	AV. ROGACIANO LEITE, 1040		
Bairro	Salinas	CEP 60810-786	
Município	Fortaleza	U.F. CE	Telefone

F9907GAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Verificação Inicial	<input type="checkbox"/>	Verificação Eventual por Reparo	<input type="checkbox"/>	Executor 611
Verificação Periódica	<input checked="" type="checkbox"/>	Inspeção Metrológica	<input type="checkbox"/>	

Folha: 1/2

ITAJAI N.º: 1150/2016

Fabricante (ou interessado): * Fotosensores Tecnologia Eletronica Ltda
Endereço: AV. Rogaciano Leite, 1040 -
Município: Fortaleza - CE
CEP: 60810786
Fone:
CNPJ n.º: 73.688.517/0001-99

Instrumento: Medidor de Velocidade de Veículos Automotivos - Fixo

Marca: FOTOSENSORES
Modelo: SMT CD
Série: FSMTCD-0907
Identificação: FS907GAS
CRC: Patrimônio:
Processador:
Nº Portaria de Aprovação de Modelo: 252/2009
Nº do Selo: G4580902-1
Nº do Inmetro: * 10574782
Local de Verificação: Av. Frei Godofredo n° 1081
Sentido: Brusque-Gaspar, Pista 01
Município: GASPARG - SC
Erro Máximo Admissível: ± 5 km/h para velocidade até 100km/h e $\pm 5\%$ para velocidade acima de 100km/h
Velocidade Nominal de Ensaio: 50 km/h

Padrão de Referência: Medidor Padrão de Velocidade e Distância - Cronotacômetro
Fabricante: Fumaça Instrumentos de Precisão Ltda.
Nº. do Patrimônio: 17754
Nº. de Série: 83538
Nº. Laudo de Calibração: 097/2014

Itajaí, 30/09/2016

Data de Emissão: 04/10/2016

Técnico Executor:


ANTONIO ALFREDO MARQUETTI
TÉCNICO METROLÓGICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.



Imetro - SC
ITAJAI - REGIONAL DE ITAJAI
Endereço: R. Rosa Orsi Dalcoquio, 800 - Bairro CORDEIROS - Cep.88311-720 - Itajaí, SC
Telefone: (0XX47) 3346-1418
E-mail: itajai@imetro.sc.gov.br

PR4040



RELATÓRIO DE ENSAIO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Verificação Inicial	<input type="checkbox"/>	Verificação Eventual por Reparo	<input type="checkbox"/>	Executor 611
Verificação Periódica	<input checked="" type="checkbox"/>	Inspeção Metroológica	<input type="checkbox"/>	

Folha: 2/2

ITAJAI N.º: 1150/2016

Ensaio:

Número de Medições	Indicação do Padrão (P) (km/h)	Indicação do Instrumento (I) (km/h)	Erro (E=I-P) (km/h)
1	61,3	60,0	- 1.3
2	62,7	62,0	- 0.7
3	60,0	58,0	- 2.0
4	61,1	63,0	1.9
5	60,9	60,0	- 0.9

Resultado: **APROVADO**

VÁLIDO ATÉ: **29/09/2017**

Itajaí, 30/09/2016

Data de Emissão: 04/10/2016

Técnico Executor:

ANTONIO ALFREDO MARQUETTI
TÉCNICO METROLÓGICO

O presente relatório de ensaio é válido apenas para o instrumento de medição acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.

